




D-MAX-duo X-ray Konstanzprüfung Digitalesysthme



1 Detektor
Dosis 1,0 uGray – 10 Gray
Dosisleistung 60 uGray/s – 2 Gray/s
Röhrenspannung 70-100 kV

Filtering: 2,5 mm Al

Reduzierbarkeit 1%

Zur Messung von Dosis und Dosisleistung für Digitalesysteme
für Konstanzprüfung nach Din 6868 und Qualitätsicherung in Röntendiagnostik

© Elimpex-Medizintechnik, Spechtgasse 32, A-2340 Moedling, Austria
phone +43-2236-410450
fax +43-2236-410459

